

**RETIFICAÇÃO EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA) – ITEM 02 – MONITOR
MULTIPARÂMETRO PORTÁTIL****1. DO OBJETO**

1.1. Aquisição de **equipamentos médico-hospitais** destinados ao **Hospital Antônio Pontes de Aguiar** e à **Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Chapadina**.

1.2. Aquisição de materiais/equipamentos hospitalares, conforme especificações e quantidades estimadas, abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$
2	MONITOR MULTIPARÂMETRO PORTÁTIL PARA USO HOSPITALAR , indicado para monitoramento de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com tela colorida mínima de 12” (LCD ou tecnologia superior), capaz de exibir simultaneamente curvas e valores numéricos dos parâmetros monitorados, com identificação do paciente. Equipamento com bateria interna recarregável com autonomia mínima de 3 (três) horas, estrutura adequada para transporte e alimentação bivolt automático. Deve possuir, no mínimo, os seguintes parâmetros integrados de série: ECG com seleção de derivações (I, II, III, aVR, aVL, aVF e V ou equivalente), análise de frequência cardíaca e segmento ST; oximetria de pulso (SpO ₂); frequência respiratória; pressão arterial não invasiva (PANI/PNI); e temperatura. Deve contemplar ajuste de sensibilidade e velocidade do ECG, alarmes audiovisuais configuráveis, indicação de eletrodo desconectado, proteção contra interferência de desfibrilador/cardioversor, função de congelamento de imagem e possibilidade de comunicação com central de monitoramento (com ou sem fio). Possibilidade de módulos opcionais, quando exigido: pressão invasiva (PI), capnografia (EtCO ₂) e impressora. Garantia mínima de 12 (doze) meses e registro na ANVISA.	Und	20	13.556,17	271.123,33

Fica retificado o descritivo do Item 02 – Monitor Multiparâmetro Portátil, constante no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2026, a fim de adequar as especificações técnicas aos princípios da competitividade, isonomia e ampla concorrência, nos termos da Lei nº 14.133/2021, suprimindo qualquer menção a marca ou modelo específico e estabelecendo especificações técnicas mínimas de desempenho e funcionalidade.

Permanecem inalteradas as demais disposições do edital.

Chapadina(MA), 11 de Fevereiro de 2026.

Luciano de Souza Gomes
Pregoeiro